

РОСГИДРОМЕТ

**ФИЛИАЛ ФГБУ СЕВЕРНОЕ УГМС
«ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(Филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС»)**

ул. Лаврова, 15, г. Вологда, 160019
Телефон/факс 54-05-30;
E-mail: office@vcgms.ru

Генеральному директору
ООО «Аэроприбор»
С.А.Голоколенцеву

24.12.2014 № 01-21/ 27Ю
На № _____ от _____

На Ваш запрос от 22 декабря 2014 года направляем отзыв о работе радиозонда типа АК2 (АК2м) (производство ООО «Аэроприбор» г. Москва) в 2014 году.

Приложение:

-таблица — 1 экз. на 1л.

Заместитель начальника управления-
начальник Филиала ФГБУ Северное УГМС
«Вологодский ЦГМС»



В.С. Полякова

Приложение

Отзыв о работе радиозонда типа АК2(АК2м) (производства ООО «Аэроприбор» г. Москва) в 2014г. и пожелания в части совершенствования его конструкции, комплектации, обслуживания, организации замены брака и др.

Дата заполнения отзыва	Количество использованных радиозондов типа АК2 (АК2м) за 2014 год	Количество забракованных радиозондов типа АК2(АК2м) при предполётной проверке за 2014 год с указанием номера радиозонда (по возможности)	Основные причины забракования радиозондов типа АК2(АК2м) при предполётной проверке за 2014 год	Количество забракованных радиозондов типа АК2(АК2м) в полёте с указанием номера радиозонда (по возможности)	Основные причины забракования радиозондов типа АК2(АК2м) в полёте	Замечания по конструкции, комплектации, обслуживанию радиозонда типа АК2(АК2м) и др.	Общая оценка работы радиозонда типа АК2(АК2м), а также производителя и поставщиков радиозондов типа АК2(АК2м), взаимодействия Заказчика с производителем (консультации, организация замены брака, и др.) (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.12.14	740 шт	5 шт	Брак Метео, нет сигнала	15 шт 2279948 2274495 2278731 2278746 2278743 2283013-цикл Метео, 2223108-пропал сигнал, 2289917-разброс по дальности 2283666 2264729 2221039 2281261- цикл Метео 2281268-разброс по дальности 2283267 2286035-пропал сигнал		Удобен в сборке. В этом году замечаний по датчикам нет. Качество радиозондов хорошее.	Общая оценка работы радиозонда АК2-хорошо Общая оценка поставщиков и производителя хорошо. Организация замены бракованных радиозондов-отлично. Заказчиком зондов является ФГБУ «Северное УГМС»